



پایش برتر
توازن

دامنه کاربرد صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون توازن

آزمایشگاه دما و رطوبت		
تجهیزات اندازه گیری	گستره اندازه گیری	دقت اندازه گیری
دماسنج مایع در شیشه	$\{-40 \text{ TO } 50^{\circ}\text{C}\}$	0.2°C
دماسنج دو فلزی و پر شده	$\{-40 \text{ TO } 50^{\circ}\text{C}\}$	0.2°C
دماسنج مقاومتی با نمایشگر	$\{-40 \text{ TO } 50^{\circ}\text{C}\}$ $\{50 \text{ to } 600^{\circ}\text{C}\}$	0.2°C 0.25°C
ترموکوپل با نمایشگر	$\{-40 \text{ TO } 50^{\circ}\text{C}\}$ $\{50 \text{ TO } 600^{\circ}\text{C}\}$	0.2°C 0.25°C
نمایشگر دما (شبیه ساز الکتریکی) مقاومتی: (pt 100, pt 50, pt 500, pt 1000)	$\{-200 \text{ to } 850^{\circ}\text{C}\}$	0.15°C
نمایشگر دما (شبیه ساز الکتریکی) ترموکوپل: TYPE K, J, T, B, R, S, E, N	$\{-200 \text{ TO } 1370^{\circ}\text{C}\}$	0.3°C
محیط‌های دمایی (کوره صنعتی، آون، انکوباتور و بن ماری)	$\{-40 \text{ to } 600^{\circ}\text{C}\}$	0.25°C
یخچال و فریزر	$\{-40 \text{ TO } 20^{\circ}\text{C}\}$	0.25°C
دماسنج محیطی	$\{-5 \text{ TO } 50^{\circ}\text{C}\}$	0.2°C
کوره و حمام کالیبراتور	$\{-40 \text{ TO } 50^{\circ}\text{C}\}$ $\{50 \text{ TO } 250^{\circ}\text{C}\}$ $\{250 \text{ TO } 600^{\circ}\text{C}\}$	0.08°C 0.12°C 0.2°C
رطوبت سنج با نمک اشباع	11.3..., 97.3%RH	1.1 % RH
محفظه رطوبت	10%RH TO 97%RH	1.5 % RH



(011) 44440715
(021) 88593426



info@tavazonlab.com
www.tavazonlab.com



آزمایشگاه: آمل-کیلومتر ۳ جاده هراز-مرکز کارآفرینی دانشگاه شمال- شرکت پایش برتر توازن-کدپستی: ۴۶۱۶۱۰۰۴۰

دفتر تهران: خیابان سپید قرنی-پلاک ۱۱۳-طبقه ششم-کدپستی: ۱۵۸۳۷۳۳۱۲۰